

## ATTESTATION DE CONFORMITE

aux paragraphes de la norme NF EN 1970 relatifs aux barrières

Identification de l'article : **Barrières époxy de lit médical**

Références : **Barrières VERSO montées sur lit ALEGIO**

Fabricant : **INVACARE POIRIER  
Les Roches  
37230 FONDETTES**

Au vu du résultat des essais effectués dans le cadre du dossier E080796,  
les barrières de lit médical testées sont déclarées conformes à l'ensemble des paragraphes  
concernant les barrières (paragraphes 5.4.11, 5.4.12, 5.5.5 et 5.5.6) de la norme NF EN 1970.

Trappes, le 3 janvier 2005



**Le Chef de la Division  
Dispositifs Médicaux**



**Olivier PIERSON**

Cette attestation est délivrée dans les conditions suivantes :

1. Elle ne s'applique qu'à l'article essayé et pour les essais réalisés dans le cadre de l'affaire E080796.
2. Elle n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le LNE.
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

SIEGE SOCIAL - LABORATOIRES DE PARIS  
1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15  
Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37

LABORATOIRES DE TRAPPES  
29, avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex  
Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

Internet : [www.lne.fr](http://www.lne.fr)  
E-mail : [info@lne.fr](mailto:info@lne.fr)

Siret 313 320 244 00012  
NAF 743 B

BARCLAYS PARIS CENTRALE 30588 Guichet 60001 Compte 49726740101 RIB 70 - CRCA PARIS IAA.DISTRIB. 18206 Guichet 00426 Compte 58381956001 RIB 45