





Invacare® ISA™

ISA™ COMPACT, ISA™ STANDARD,
ISA™ PLUS, ISA™ XPLUS

fr Lève-personne mobile
Manuel d'utilisation



Ce manuel DOIT être remis à l'utilisateur du produit. AVANT d'utiliser ce produit, vous DEVEZ lire ce manuel et le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.



Yes, you can.

Sommaire

1 Généralités	3		
1.1 Introduction	3		
1.1.1 Symboles figurant dans ce document	3		
1.2 Durée de vie	3		
1.2.1 Informations supplémentaires	3		
1.3 Limitation de responsabilité	3		
1.4 Informations de garantie	3		
1.5 Conformité	3		
1.5.1 Normes spécifiques au produit	4		
2 Sécurité	5		
2.1 Informations générales de sécurité	5		
2.1.1 Points de pincement	6		
2.2 Informations de sécurité relatives aux accessoires	6		
2.3 Informations de sécurité relatives aux interférences électromagnétiques	6		
2.4 Étiquettes et symboles figurant sur le produit	7		
2.4.1 Emplacement de l'étiquette	7		
2.4.2 Autocollant d'identification	7		
2.4.3 Autres étiquettes et symboles	7		
3 Présentation du produit	9		
3.1 Utilisation prévue	9		
3.2 Pièces principales du lève-personne	9		
3.3 Accessoires et options	10		
4 Mise en place	11		
4.1 Informations générales de sécurité	11		
4.2 Contenu	11		
4.3 Installation du mât sur la base	11		
4.4 Installation de la palette repose-pieds	12		
4.5 Installation de la jambièr	12		
4.6 Installation du repose-jambes	12		
4.7 Installation du levier du système manuel d'écartement des pieds	13		
4.8 Réinitialisation du compteur de révision	13		
5 Utilisation	14		
5.1 Informations générales de sécurité	14		
5.2 Verrouillage/déverrouillage des roulettes arrière	14		
5.3 Élévation et descente du lève-personne électrique	14		
5.4 Ouverture/fermeture des pieds	14		
5.4.1 Ouverture/fermeture des pieds électriques	14		
5.4.2 Fermeture/ouverture manuelle des pieds	14		
5.5 Réglage du bras de levage à la taille du patient	15		
5.6 Réglage de la hauteur du repose-jambes	15		
5.7 Utilisation de la jambièr	15		
5.8 Fonctions d'urgence	16		
5.8.1 Procédure d'arrêt d'urgence	16		
5.8.2 Activation d'un abaissement d'urgence (boîtier de contrôle CBJ Home)	16		
5.8.3 Activation d'un abaissement d'urgence (boîtier de contrôle CBJ Care, CBJ1, CBJ2)	16		
5.8.4 Activation d'une élévation d'urgence (boîtier de contrôle CBJ Care, CBJ1)	16		
5.8.5 Activation d'un abaissement mécanique d'urgence	16		
5.9 Recharge de la batterie	17		
5.9.1 Boîtier de contrôle CBJ Home	17		
5.9.2 Boîtier de contrôle CBJ Care, CBJ1, CBJ2	17		
5.9.3 Télécommande en option	18		
5.9.4 Chargeur de batterie en option	19		
6 Transfert du patient	20		
6.1 Informations générales de sécurité	20		
6.2 Installation de la sangle sur le lève-personne	21		
6.3 Transfert d'un patient	22		
7 Transport et stockage	24		
7.1 Généralités	24		
7.2 Démontage du lève-personne	24		
8 Maintenance	25		
8.1 Informations de maintenance générales	25		
8.2 Vérifications quotidiennes	25		
8.2.1 Liste des vérifications quotidiennes	25		
8.3 Nettoyage et désinfection	25		
8.3.1 Informations générales de sécurité	25		
8.3.2 Fréquence de nettoyage	25		
8.3.3 Consignes de nettoyage	26		
8.3.4 Instructions de désinfection	26		
8.4 Intervalle entre les révisions	26		
9 Après utilisation	27		
9.1 Mise au rebut	27		
9.2 Reconditionnement	27		
10 Dépannage	28		
10.1 Identification des pannes et solutions possibles	28		
11 Caractéristiques techniques	30		
11.1 Charge maximale d'utilisation	30		
11.2 Dimensions et poids	30		
11.3 Système électrique	31		
11.4 Conditions ambiantes	32		
11.5 Matériaux	32		
11.6 Forces de fonctionnement des commandes	32		
12 Compatibilité électromagnétique	33		
12.1 Informations relatives aux interférences électromagnétiques	33		
12.2 Émissions électromagnétiques	33		
12.3 Immunité électromagnétique	33		
12.4 Spécifications des tests CEM	34		

1 Généralités

1.1 Introduction

Le présent manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la manipulation du produit. Pour garantir une utilisation en toute sécurité du produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation et respectez les instructions de sécurité.

Utilisez ce produit uniquement si vous avez lu et compris ce manuel. Consultez un professionnel de santé qui connaît votre état de santé et clarifiez toute question concernant l'utilisation correcte et le réglage nécessaire auprès du professionnel de santé.

Veuillez noter que certaines sections du présent document peuvent ne pas s'appliquer à votre produit, étant donné que le document concerne tous les modèles disponibles (à la date d'impression). Sauf mention contraire, chaque section de ce document se rapporte à tous les modèles du produit.

Les modèles et les configurations disponibles dans votre pays sont répertoriés dans les documents de vente spécifiques au pays.

Invacare se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis.

Avant de lire ce document, assurez-vous de disposer de la version la plus récente. Cette version est disponible au format PDF sur le site Internet d'Invacare.

Si la taille des caractères de la version imprimée du document vous semble trop difficile à lire, vous pouvez télécharger la version PDF sur le site Internet. Vous pourrez alors ajuster la taille des caractères à l'écran pour améliorer votre confort visuel.

Pour obtenir plus d'informations sur le produit, comme les avis de sécurité ou les rappels du produit, contactez votre distributeur Invacare. Reportez-vous aux adresses indiquées à la fin du présent document.

En cas d'incident grave avec le produit, vous devez en informer le fabricant et l'autorité compétente de votre pays.

1.1.1 Symboles figurant dans ce document

Les symboles et mots d'avertissement utilisés dans le présent document s'appliquent aux risques ou aux pratiques dangereuses qui pourraient provoquer des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous aux informations ci-dessous pour la définition des symboles d'avertissement.



AVERTISSEMENT !

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des blessures graves, voire mortelles.



ATTENTION !

Indique une situation potentiellement dangereuse qui pourrait provoquer des blessures légères.



AVIS !

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des dommages matériels.



Astuces et recommandations

Donne des conseils, recommandations et informations utiles pour une utilisation efficace et sans souci.

Autres Symboles

(Non applicable à tous les manuels)



Personne responsable au Royaume-Uni

Indique si un produit n'est pas fabriqué au Royaume-Uni.



Triman

Indique les règles de recyclage et de tri (uniquement pour la France).

1.2 Durée de vie

La durée de vie attendue de ce produit est de huit ans lorsqu'il est utilisé quotidiennement et dans le respect des consignes de sécurité, des intervalles de maintenance et avec une utilisation correcte, comme indiqué dans le présent manuel. La durée de vie réelle peut varier selon la fréquence et l'intensité d'utilisation du compresseur.

1.2.1 Informations supplémentaires

La durée de vie théorique repose sur une moyenne estimée de 4 cycles de levage par jour.

1.3 Limitation de responsabilité

Invacare décline toute responsabilité en cas de dommage lié à :

- un non respect du manuel d'utilisation,
- une utilisation incorrecte,
- l'usure normale,
- un assemblage ou montage incorrect par l'acheteur ou des tiers,
- des modifications techniques,
- des modifications non autorisées et/ou l'utilisation de pièces détachées inadaptées.

1.4 Informations de garantie

Nous fournissons une garantie fabricant pour le produit, conformément à nos conditions générales de vente en vigueur dans les différents pays.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées qu'au fournisseur auprès duquel le produit a été obtenu.

1.5 Conformité

La qualité est un élément fondamental du fonctionnement de notre entreprise, qui travaille conformément à la norme ISO 13485.

Ce produit porte le label CE et est conforme à la Réglementation sur les dispositifs médicaux de classe I 2017/745.

Ce produit porte le label UKCA et est conforme à la loi du Royaume-Uni « Part II UK MDR 2002 » (telle qu'amendée) Classe I.

Nous nous efforçons en permanence de réduire au minimum notre impact sur l'environnement, à l'échelle locale et mondiale.

Nous n'utilisons que des matériaux et composants conformes au règlement REACH.

Nous respectons la législation en vigueur en matière d'environnement, notamment, les directives DEEE et RoHS.

1.5.1 Normes spécifiques au produit

Ce produit a été testé et est conforme à la norme ISO 10535 (Produits d'assistance pour le transfert de personnes en situation de handicap) et à toutes les normes associées.

Pour des informations complémentaires sur les normes et réglementations locales, contactez un représentant Invacare. Reportez-vous aux adresses indiquées à la fin du présent document.

2 Sécurité

2.1 Informations générales de sécurité

Cette section du manuel fournit des informations de sécurité générales en rapport avec votre produit. Pour des informations de sécurité spécifiques, reportez-vous à la section correspondante du manuel et aux procédures indiquées dans cette section.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages

- N'utilisez pas ce produit ni aucun autre équipement disponible en option sans avoir lu et compris entièrement les présentes instructions et toute autre documentation d'instructions supplémentaire, telle que les manuels d'utilisation ou les fiches d'instructions fournis avec ce produit ou avec l'équipement en option. Si vous ne comprenez pas les avertissements, mises en garde ou instructions, contactez un professionnel de santé, un fournisseur Invacare ou un technicien qualifié avant d'utiliser ce produit.
- N'effectuez aucune modification ou transformation non autorisée du produit.



AVERTISSEMENT !

La charge maximale d'utilisation ne doit pas être dépassée

- Ne dépassez pas la charge maximale d'utilisation du produit ou des accessoires utilisés, tels que les sangles, les fléaux et autres. Consultez la documentation ou l'étiquetage pour connaître la charge maximale d'utilisation.
- Le composant ayant la limite de charge la plus basse détermine la charge maximale d'utilisation de l'ensemble du système.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages

Une utilisation inadéquate de ce produit est susceptible d'entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Ne tentez jamais de transférer un patient sans l'accord de son équipe médicale.
- Lisez les instructions contenues dans le présent manuel d'utilisation et observez des personnes expérimentées effectuer les procédures de transfert. Exercez-vous ensuite au transfert, sous supervision, et avec un individu valide jouant le rôle du patient.
- Une attention particulière doit être apportée aux personnes souffrant de handicaps, car elles ne seront pas en mesure de coopérer lors des opérations de transfert.
- N'utilisez pas le lève-personne comme dispositif de transport. Il est conçu pour transférer une personne d'une surface de repos à une autre.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages

Une manipulation inappropriée des câbles peut provoquer une décharge électrique et la panne du produit.

- Les câbles du produit ne doivent pas être entortillés, cisailés ou endommagés d'une manière quelconque.
- Assurez-vous qu'aucun câble n'est coincé ni endommagé lors de l'utilisation du produit.
- Assurez-vous que le câblage et les branchements sont corrects.
- N'utilisez pas d'équipements non autorisés.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages

Une humidité excessive risque d'endommager le produit et de provoquer des décharges électriques.

- Le lève-personne peut s'utiliser dans une salle de bains, mais ne doit PAS être utilisé sous la douche. Le patient doit être transféré sur une chaise de douche ou doit utiliser d'autres moyens pour se doucher.
- Si le lève-personne est utilisé dans un environnement humide, veillez à ce qu'il soit correctement nettoyé et séché après utilisation.
- Vous ne devez pas brancher ou débrancher le câble d'alimentation dans un environnement humide ou avec les mains mouillées.
- Ne stockez pas le produit dans un endroit humide ou s'il n'est pas parfaitement sec.
- Assurez-vous régulièrement qu'aucun des composants du produit ne présente de traces de corrosion ou de dommages. Remplacez toutes les pièces usées ou endommagées.
- Reportez-vous à la section 11.4 *Conditions ambiantes*, à la page 32.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages

Les sources d'inflammation peuvent provoquer des brûlures ou un incendie.

- Le transfert du patient doit être effectué avec un espace de sécurité entre le lève-personne et les sources d'inflammation possibles (chauffage, cuisinière, cheminée, etc.)
- Le patient et les tierces-personnes ne doivent pas fumer pendant le transfert.
- La sangle ne doit pas être placée au-dessus de sources de chaleur (chauffage, cuisinière, cheminée, etc.)



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages

Pour éviter tout risque de blessure ou de dommage lors de l'utilisation du produit :

- Une surveillance étroite s'impose lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants ou d'animaux de compagnie.
- Ne laissez jamais des enfants jouer avec le produit.

**ATTENTION !****Risque de blessures ou de dommages**


Les composants du produit peuvent devenir brûlants en cas d'exposition au soleil ou à d'autres sources de chaleur.

- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.
- Éloignez le produit des sources de chaleur.

**AVIS !**

L'accumulation de peluches, de poussières et d'autres saletés risque de nuire au fonctionnement du produit.

- Veillez à ce que le produit reste toujours propre.

2.1.1 Points de pincement**AVERTISSEMENT !****Risque de blessure**

Il existe des points de pincement dans différentes zones du lève-personne qui présentent un risque de pincement pour les doigts.

- Gardez les mains et les doigts toujours à distance des pièces mobiles.

2.2 Informations de sécurité relatives aux accessoires**AVERTISSEMENT !****Risque de blessure**

L'utilisation d'accessoires non adaptés ou qui ne sont pas d'origine peut affecter le fonctionnement et la sécurité de ce produit.

- En raison des différences régionales, vous devez vous reporter au site Internet ou au catalogue Invacare de votre pays pour connaître les accessoires qui sont disponibles ; vous pouvez également contacter votre fournisseur Invacare.
- Consultez les informations et les instructions figurant dans le manuel fourni avec chaque accessoire.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine du produit utilisé. Dans certaines circonstances, des sangles d'autres marques peuvent être utilisées. Des informations complémentaires sont données dans cette même section.

**ATTENTION !****Compatibilité des sangles avec le système de fixation**

Invacare utilise un système de fixation courant basé sur des boucles et des crochets. Les boucles situées sur les sangles se fixent sur les crochets situés sur le fléau (style cintre). De ce fait, il est possible d'utiliser des sangles d'autres marques, dans la mesure où celles-ci sont adaptées à ce lève-personne.

- Utilisez uniquement des sangles munies de fixations à boucles qui sont adaptées aux fléaux (style cintre) avec crochets.
- N'utilisez pas des sangles conçues pour les systèmes de type « trou de serrure ou fixation par clip » ou « support basculant ».

Pour sélectionner la sangle appropriée, une évaluation des risques doit être effectuée par un professionnel de santé.

L'évaluation des risques doit tenir compte des facteurs suivants :

- Le poids, la taille, les aptitudes physiques et l'état de santé du patient.
- Le type de transfert et l'environnement.
- La compatibilité avec les autres systèmes de levage utilisés.

2.3 Informations de sécurité relatives aux interférences électromagnétiques**AVERTISSEMENT !****Risque de dysfonctionnement dû aux interférences électromagnétiques**

Des interférences électromagnétiques peuvent se produire entre ce produit et d'autres équipements électriques et affecter les fonctions de réglage électrique de ce produit. Pour prévenir, réduire ou éliminer ces interférences électromagnétiques :

- Veillez à utiliser uniquement des câbles, accessoires et pièces de rechange d'origine, afin de ne pas accroître les émissions électromagnétiques, ni réduire l'immunité électromagnétique de ce produit.
- N'utilisez aucun équipement de communication portable à fréquences radioélectriques (RF) à moins de 30 cm d'une partie quelconque de ce produit (câbles compris).
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'un équipement chirurgical actif à haute fréquence, ni d'une salle d'imagerie à résonance magnétique avec blindage RF, où l'intensité des perturbations électromagnétiques est élevée.
- En cas de perturbations, augmentez la distance entre ce produit et l'autre équipement ou mettez ce dernier hors tension.
- Reportez-vous aux informations détaillées figurant au chapitre 12 *Compatibilité électromagnétique*, à la page 33 et suivez les recommandations.


**AVERTISSEMENT !****Risque de dysfonctionnement**

Des interférences électromagnétiques peuvent affecter le fonctionnement.

- Lorsque vous l'utilisez, ce produit ne doit pas être placé à côté ou sur un autre équipement électrique. Si cela est nécessaire, il est indispensable d'inspecter rigoureusement ce produit et l'autre équipement afin de vérifier qu'ils fonctionnent normalement.

2.4 Étiquettes et symboles figurant sur le produit


2.4.1 Emplacement de l'étiquette



A	Nom et charge maximale d'utilisation du lève-personne – texte variable selon le modèle
B	Charge maximale d'utilisation du lève-personne – texte variable selon le modèle (mât fixe uniquement)

Pour plus d'informations sur les étiquettes, voir les informations suivantes.

2.4.2 Autocollant d'identification



L'autocollant d'identification fournit les informations principales concernant le produit, notamment les caractéristiques techniques.

Symboles	
MD	Dispositif médical

Symboles	
CE	Conformité européenne
UK CA	Conformité R.-U. évaluée
Factory icon	Fabricant
Factory icon	Date de fabrication
Warning icon	Température Charge maximale d'utilisation
UDI	Identifiant unique des dispositifs
SN	Numéro de série
REF	Numéro de référence
Class II icon	Équipement de classe II
Person icon	Pièce appliquée de type B
WEEE icon	Conforme DEEE

Abréviations utilisées dans les caractéristiques techniques :

- Iin = Intensité en entrée
- Uin = Tension en entrée
- Int. = Intermittence
- AC = Courant alternatif
- Max = maximum
- min = minute

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, reportez-vous au chapitre 11 *Caractéristiques techniques*, à la page 30.

2.4.3 Autres étiquettes et symboles

Lisez le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation.
N'appliquez pas de force latérale au vérin (p. ex., en l'utilisant comme barre de poussée) car cela pourrait entraîner des dommages et un dysfonctionnement.




Ne retirez pas cette étiquette et ne manipulez pas la vis sous-jacente, car cela pourrait affecter la sécurité du produit.

La garantie du produit est annulée si cette étiquette est retirée ou rompue.



La pièce individuelle pèse plus de 10 kg.



Poids total du produit avec application de la charge maximale d'utilisation



Limite de température



Limite d'humidité




Limite de pression atmosphérique



Conditions de transport et de stockage



Conditions d'utilisation



Réglage du bras de levage en fonction du poids du patient.

Reportez-vous à la section 5.5 Réglage du bras de levage à la taille du patient, à la page 15.

3 Présentation du produit

3.1 Utilisation prévue

Le lève-personne verticalisateur est un dispositif de transfert alimenté par batterie, conçu pour transférer et positionner une personne d'une assise à une autre. Par exemple :

- Entre le lit et un fauteuil roulant
- Vers et depuis la salle de bains
- Rééducation, pour aider le patient à passer d'une position assise à une position debout

La charge maximale d'utilisation est indiquée dans la section 11 *Caractéristiques techniques*, à la page 30

Le lève-personne verticalisateur est conçu pour être utilisé à l'intérieur, sur une surface plane, dans les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers et les zones résidentielles. Il est possible de faire tourner (pivoter) le lève-personne verticalisateur sur place pour les transferts dans les espaces réduits.

Ce produit est conçu pour être utilisé par un professionnel de santé ou un particulier ayant été formé à cet effet.

Utilisateurs prévus

Patients partiellement immobiles capables de supporter leur propre poids.

Indications

Le lève-personne verticalisateur est conçu pour transférer et positionner des patients partiellement immobiles capables de supporter un poids.


Contre-indications

Le lève-personne verticalisateur est contre-indiqué pour les patients qui :

- refusent de coopérer;
- ne sont pas en mesure de comprendre et suivre des instructions;
- n'ont pas en mesure de contrôler leur tête et leur cou;
- n'ont pas une stabilité suffisante au niveau du tronc.

Certaines sangles conçues pour le lève-personne verticalisateur sont contre-indiquées pour les patients qui ne sont pas en mesure de supporter une partie importante de leur poids. Consultez le manuel d'utilisation de la sangle pour plus d'informations.

3.2 Pièces principales du lève-personne



(A)	Flèche
(B)	Crochet de sangle
(C)	Poignée
(D)	Bras de levage
(E)	Barre de poussée
(F)	Vérin de levage
(G)	Mât
(H)	Repose-jambes (fixe ou pivotant)
(I)	Base avec pédale pour système manuel d'écartement des pieds
(J)	Palette repose-pieds (haute, basse ou inclinée)
(K)	Roulettes avant
(L)	Jambe
(M)	Base avec vérins pour système électrique d'écartement des pieds — avec ou sans protections pour vérins
(N)	Roulettes arrière avec frein
(O)	Télécommande
(P)	Arrêt d'urgence

Q	Boîtier de contrôle CBJ Home avec batterie intégrée
R	Boîtier de contrôle CBJ Care, CBJ1 ou CBJ2 avec batterie amovible
S	Abaissement d'urgence mécanique
T	Levier du système manuel d'écartement des pieds

3.3 Accessoires et options



En raison de différences régionales, vous devez vous reporter au site Internet ou au catalogue Invacare de votre pays pour connaître les accessoires qui sont disponibles ; vous pouvez également contacter votre fournisseur Invacare.

- Levier du système manuel d'écartement des pieds
- Housses de protection pour les jambes
- Jambière
- Chargeur mural pour batterie amovible
- Batterie supplémentaire
- Palette repose-pieds supplémentaire (haute, basse ou inclinée)

Modèles de sangles munies de fixations à boucles, adaptées aux points de fixation par crochets :

- Sangle Invacare® Stand Assist (Europe)/sangle Invacare® Standup (Asie-Pacifique) : fixation à 2 points avec support dorsal uniquement.
- Sangle Invacare® Transfer Stand Assist : fixation à 4 points avec support dorsal et repose-jambes.

4 Mise en place

4.1 Informations générales de sécurité


AVERTISSEMENT !

- Vérifiez l'absence de dommages dus au transport sur toutes les pièces avant utilisation, consultez la section 8.2 *Vérifications quotidiennes*, à la page 25.
- Si les pièces sont endommagées, n'utilisez pas l'appareil. Contactez votre fournisseur Invacare pour plus d'informations sur la marche à suivre.


AVERTISSEMENT !
Risque de blessure

Un montage inadéquat est susceptible d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels.


- Seules des pièces Invacare doivent être utilisées pour le montage de ce lève-personne.
- Après chaque montage, vérifiez que tous les raccords sont bien serrés et que toutes les pièces fonctionnent correctement.
- Ne serrez pas excessivement le matériel de fixation. Vous risqueriez d'endommager les supports de montage.



Le montage du lève-personne ne nécessite aucun outil. En cas de problème ou de question lors du montage, adressez-vous à votre fournisseur Invacare.

4.2 Contenu

Les éléments qui sont inclus avec votre système varient selon les modèles et les configurations disponibles dans votre pays. Reportez-vous à la section 1.1 *Introduction*, à la page 3.



Ⓐ	Mât/ensemble flèche (1 unité) — boîtier de contrôle et vérin inclus
Ⓑ	Base avec ou sans vérins (1 unité)
Ⓒ	Repose-jambes
Ⓓ	Palette repose-pieds

Ⓔ	Télécommande (1 pièce)
	Câble secteur (1 pièce)
	Manuel d'utilisation (1 pièce)
	Batterie (1 ou 2 unités)* – CBJ Care, CBJ1 et CBJ2 uniquement
	Levier du système manuel d'écartement des pieds (1 pièce)*
	Jambière (1 unité)*
	Sangle (1 unité)*

* Selon le modèle et/ou la configuration



Si le lève-personne est livré avec une sangle, reportez-vous au manuel d'utilisation de la sangle pour plus de précisions sur l'utilisation, l'application, l'entretien et le nettoyage.

4.3 Installation du mât sur la base



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages

La charge maximale d'utilisation indiquée sur la flèche et la base doit être identique.


- Comparez toujours les valeurs de charge maximale d'utilisation indiquées sur la base et sur la flèche.

1.



Verrouillez les deux roulettes arrière Ⓑ et faites pivoter les vis à molette Ⓐ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les retirer de la base


2.



La flèche étant orientée vers l'avant, abaissez le mât © dans le support de la base ④ et remettez les vis à molette ① en place pour fixer le mât © à la base.

4.4 Installation de la palette repose-pieds

1.




Abaissez la palette repose-pieds sur la base jusqu'à ce que les supports ① soient complètement enclenchés sur le tube ②.

4.5 Installation de la jambière


(en option)

1.




Faites passer les deux crochets ① dans les ergots ② sur la face arrière du repose-jambes.

2.



Faites passer les boucles © des deux parties de la jambière dans les crochets ①.

4.6 Installation du repose-jambes




1. Appuyez sur le bouton ① du repose-jambes ② et maintenez-le enfoncé.
2. Tirez et maintenez la broche du plongeur sur ressort © à l'arrière du repose-jambes ②.

- Faites glisser la barre de guidage à l'arrière du repose-jambes ⑧ sur sa plaque de fixation ⑨ sur le mât.

4.7 Installation du levier du système manuel d'écartement des pieds

 2 clés de 13 mm



- Insérez le boulon ① par le dessous dans le trou inférieur du support ② et fixez-le avec l'écrou ③.
- Insérez l'extrémité filetée du levier ④ dans le trou supérieur du support ② sur le boulon fixe ①.
- Tournez le levier ④ dans le sens des aiguilles d'une montre pour le visser sur le boulon.

4.8 Réinitialisation du compteur de révision

(boîtier de contrôle CBJ Care uniquement)



AVIS !

Si le témoin lumineux de révision s'allume en jaune et clignote pendant l'utilisation quotidienne ou après un remontage, cela signifie que le lève-personne a besoin d'une révision.

- Contactez votre fournisseur Invacare pour effectuer un entretien.

Après le montage initial du lève-personne, le compteur de révision doit être réinitialisé avant l'utilisation du lève-personne.

Pour effectuer la réinitialisation initiale du compteur de révision :

- Repérez la télécommande.
- Appuyez simultanément sur les flèches **HAUT** et **BAS** pendant cinq secondes.
- Un son est audible une fois le compteur de révision réinitialisé.

5 Utilisation

5.1 Informations générales de sécurité



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages

Avant d'utiliser le lève-personne pour un patient, reportez-vous aux informations et instructions de sécurité suivantes :

- 2 Sécurité, à la page 5
- 6 Transfert du patient, à la page 20

5.2 Verrouillage/déverrouillage des roulettes arrière




AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages matériels

Le lève-personne risque de basculer et de mettre le patient et les assistants en danger.

- Invacare recommande que les roulettes arrière soient déverrouillées lors du soulèvement du patient pour permettre la stabilité du lève-personne lorsque le patient est soulevé à partir d'une chaise, d'un lit ou d'un emplacement fixe.
- Invacare recommande de verrouiller les roulettes arrière du lève-personne uniquement au moment d'installer le patient dans la sangle ou de l'en sortir.



- Pour verrouiller la roulette, appuyez le pied sur la pédale (A).
- Pour déverrouiller la roulette, poussez la pédale (A) vers le haut avec le pied.

5.3 Élévation et descente du lève-personne électrique

La télécommande permet de lever ou d'abaisser le lève-personne.




AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages matériels

Tout dommage occasionné aux pièces du lève-personne (télécommande, roulettes, etc.) à la suite d'un impact avec les murs ou autres emplacements fixes est susceptible de détériorer le produit et d'entraîner des blessures.

- NE PAS relever la flèche manuellement.
- TOUJOURS utiliser la commande manuelle pour lever la flèche.



1. Pour élever le lève-personne : appuyez sur le bouton Flèche haut (A) et maintenez-le enfoncé pour élever la flèche et le patient.
2. Pour faire descendre le lève-personne : appuyez sur le bouton Flèche bas (B) et maintenez-le enfoncé pour abaisser la flèche et le patient.



Relâchez le bouton pour arrêter l'élévation ou la descente du lève-personne.

5.4 Ouverture/fermeture des pieds



AVERTISSEMENT !


Risque de blessure

Le lève-personne risque de basculer et de mettre le patient et les assistants en danger.

- Les pieds du lève-personne doivent être complètement ouverts afin d'assurer une stabilité et une sécurité optimales. Si vous devez fermer les pieds du lève-personne pour placer le lève-personne sous un lit, fermez-les seulement le temps qu'il faut pour positionner l'appareil et soulever le patient hors du lit. Lorsque les pieds du lève-personne ne se trouvent plus sous le lit, ouvrez-les complètement à nouveau.

5.4.1 Ouverture/fermeture des pieds électriques

La télécommande permet d'ouvrir ou de fermer les pieds de la base.




1. Pour fermer les pieds, appuyez sur le bouton représentant les pieds fermés (A) et maintenez-le enfoncé.
2. Pour ouvrir les pieds, appuyez sur le bouton représentant les pieds ouverts (B) et maintenez-le enfoncé.



Les pieds s'immobilisent lorsque le bouton est relâché.

5.4.2 Fermeture/ouverture manuelle des pieds



Le système manuel d'écartement des pieds est actionné par deux pédales (A et B) ou par le levier C.

1. Pour ouvrir les pieds, appuyez sur la pédale droite (B) avec un pied.

2. Pour fermer les pieds, appuyez sur la pédale gauche ① avec un pied.

Avec le levier :

1. Pour ouvrir les pieds, tirez le levier ② vers la droite.
2. Pour fermer les pieds, poussez le levier ② vers la gauche.

5.5 Réglage du bras de levage à la taille du patient



ATTENTION !

Risque de blessures ou de dommages

Une position incorrecte de la flèche peut entraîner le glissement soudain du bras de levage ou sa sortie lorsqu'il est libéré.

- Réglez toujours le bras de levage lorsqu'il est déchargé et avec la flèche en position horizontale.

Le critère de réglage principal est la taille du patient, mais le réglage correct dépend également d'autres facteurs tels que la longueur des boucles de la sangle, l'état du patient et ses préférences.


Les consignes suivantes reposent sur des valeurs moyennes, mais des écarts peuvent se produire :

- Position 1 (entièrement rétracté) : taille du patient d'environ 140 cm et plus.
- Position 4 : taille du patient d'environ 170 cm et plus.
- Position 7 (entièrement sorti) : taille du patient jusqu'à 200 cm environ.




AVIS !

Un essai individuel est fortement recommandé pour déterminer un réglage correct et sûr pour chaque patient.



- Appuyez sur le levier rouge ① de la flèche et maintenez-le vers le haut.
- Réglez la longueur du bras de levage ② sur l'une des neuf positions disponibles indiquées sur l'échelle ③, en plaçant le champ de positionnement souhaité avant le bord de la flèche.
- Relâchez le levier ① et déplacez légèrement le bras de levage ② vers l'arrière jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre et qu'il se mette en place.


5.6 Réglage de la hauteur du repose-jambes



1. Appuyez sur le bouton ① du repose-jambes ② et maintenez-le enfoncé.
2. Faites glisser le repose-jambes ② vers le haut ou vers le bas.
3. Lorsque la hauteur souhaitée est atteinte, relâchez le bouton ① et déplacez légèrement le repose-jambes ② vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre et que le repose-jambes ② se verrouille dans l'une des 6 positions de hauteur disponibles.


5.7 Utilisation de la jambièr

- 1.




Pour appliquer la sangle appui-mollets, enroulez la partie longue rembourrée autour de l'appui sous-rotulien et de la partie inférieure des jambes du patient et poussez le cran de sûreté ① dans la boucle-fermoir ② sur la face arrière de l'appui sous-rotulien.

2.



Pour ouvrir, appuyez sur le mécanisme de déverrouillage © et tirez le cran de sûreté ① de la boucle-fermoir ②.

3.




Pour régler la longueur de la jambièrre, tirez sur l'ergot ① pour la raccourcir ou poussez l'ergot ① en direction de la boucle pour l'allonger.



En l'absence de patient dans le lève-personne, enroulez la jambièrre autour du repose-jambes, fermez-la et raccourcissez-la pour la resserrer.

5.8 Fonctions d'urgence


5.8.1 Procédure d'arrêt d'urgence



1. Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence rouge ① du boîtier de contrôle pour arrêter l'élévation ou la descente de la flèche et du patient.
2. Pour réinitialiser, tournez le bouton d'urgence dans le sens des aiguilles d'une montre.


5.8.2 Activation d'un abaissement d'urgence (boîtier de contrôle CBJ Home)

En cas de panne de la télécommande, il est possible d'abaisser la flèche au moyen du bouton de déverrouillage d'urgence.



1. Pour abaisser la flèche, appuyez sur le bouton ① à l'avant du boîtier de contrôle et maintenez-le enfoncé.
2. Relâchez le bouton pour arrêter la descente de la flèche.


5.8.3 Activation d'un abaissement d'urgence (boîtier de contrôle CBJ Care, CBJ1, CBJ2)



En cas de panne de la télécommande, il est possible d'abaisser la flèche au moyen du bouton de déverrouillage d'urgence. Utilisez un objet pointu, comme un crayon, pour appuyer sur le bouton.

1. Pour abaisser la flèche, appuyez sur le bouton ① à l'avant du boîtier de contrôle et maintenez-le enfoncé.
2. Relâchez le bouton pour arrêter la descente de la flèche.

5.8.4 Activation d'une élévation d'urgence (boîtier de contrôle CBJ Care, CBJ1)



En cas de panne de la télécommande, il est possible d'élérer la flèche au moyen du bouton d'élévation d'urgence. Utilisez un objet pointu, comme un crayon, pour appuyer sur le bouton.

1. Pour élérer la flèche, appuyez sur le bouton ② à l'avant du boîtier de contrôle et maintenez-le enfoncé.
2. Relâchez le bouton pour arrêter l'élévation de la flèche.

5.8.5 Activation d'un abaissement mécanique d'urgence

Si l'abaissement d'urgence sur le boîtier de contrôle ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser un abaissement d'urgence mécanique de secours. Cela peut arriver en cas de panne électrique partielle ou totale, ou de décharge de la batterie en cours d'utilisation.




AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages matériels

L'utilisation répétée de l'abaissement d'urgence mécanique entraîne une augmentation importante de la vitesse d'abaissement.

- L'abaissement d'urgence mécanique ne doit être utilisé que comme fonction de secours, lorsque l'abaissement d'urgence du boîtier de contrôle ne fonctionne pas.
- Vous ne devez pas utiliser l'abaissement d'urgence mécanique à plusieurs reprises de façon rapprochée.
- Abaissez toujours le patient sur une surface solide, comme un lit ou une chaise.
- Lorsqu'un abaissement d'urgence mécanique a été nécessaire, le lève-personne doit ensuite être vérifié afin de réparer le dysfonctionnement du boîtier de contrôle.

1. Repérez la poignée d'urgence rouge **A** au bas du piston du vérin.
2. Tirez lentement la poignée d'urgence rouge **A** vers le haut et maintenez-la en place lorsqu'une bonne vitesse d'abaissement est atteinte.
3. Si l'abaissement ne se produit pas alors que la poignée d'urgence rouge **A** est tirée à fond, poussez en même temps la flèche vers le bas.



La vitesse d'abaissement effective dépend du poids du patient. Si la vitesse est insuffisante ou trop élevée, elle peut être adaptée au poids du patient. Réglage de la vitesse d'abaissement :

1. Repérez la vis située dans le trou inférieur de la poignée d'urgence rouge **A**.
2. Faites tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse.
3. Faites tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la vitesse.

5.9 Recharge de la batterie


! AVIS !

- Assurez-vous que l'arrêt d'urgence n'est pas actionné pendant le chargement de la batterie.
- Veillez à ce que le chargement soit effectué dans une pièce bien ventilée.
- Les fonctions électriques ne peuvent pas être utilisées lorsque le lève-personne est raccordé à une alimentation électrique.
- N'essayez pas d'utiliser le lève-personne si le bloc batterie est endommagé.
- Remplacez un bloc batterie endommagé avant toute nouvelle utilisation.
- Avant de déplacer le lève-personne, veillez à le débrancher.

Un chargement quotidien de la batterie est recommandé afin d'optimiser l'utilisation du lève-personne et de prolonger la durée de vie de la batterie. Il est par ailleurs conseillé de charger la batterie avant la première utilisation.

5.9.1 Boîtier de contrôle CBJ Home

Le boîtier de contrôle est équipé d'un signal sonore. Un bip indique que la batterie est déchargée, mais que l'abaissement du patient reste possible. Il est recommandé de recharger les batteries dès que le signal sonore est émis.




1. Branchez le cordon d'alimentation **C** sur une prise de courant.




La batterie se charge en 4 heures environ. Le chargeur s'arrête automatiquement dès qu'elle est complètement rechargée. Le témoin supérieur jaune **A** clignote pendant le chargement, puis reste allumé en continu dès que l'opération est terminée. Le témoin inférieur vert **B** reste allumé en continu lorsque le boîtier de contrôle est branché sur le secteur, et s'allume lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton de la télécommande ou active le dispositif d'abaissement d'urgence.

2. Déconnectez le cordon d'alimentation de la prise de courant quand la batterie est complètement chargée.
3. Rangez le cordon d'alimentation autour des deux supports de rangement de câble **E** :



5.9.2 Boîtier de contrôle CBJ Care, CBJ1, CBJ2




Le boîtier de contrôle est équipé d'un signal sonore. Un bip indique que la batterie est déchargée, mais que l'abaissement du patient reste possible. Il est recommandé de recharger les batteries dès que le signal sonore est émis.

1. Branchez le cordon d'alimentation ① sur une prise de courant.



La batterie se charge en 4 heures environ. Le chargeur s'arrête automatiquement dès qu'elle est complètement rechargée.
Le témoin droit jaune ② reste allumé pendant le chargement, puis s'éteint une fois complètement chargé.
Le témoin vert gauche ③ reste allumé en continu lorsque le boîtier de contrôle est branché sur le secteur.

2. Débranchez le cordon d'alimentation ① de la prise de courant quand la batterie est complètement chargée.
3. Rangez le cordon d'alimentation autour des deux supports de rangement de câble ④ :



Témoin de batterie

Selon le modèle, le boîtier de contrôle peut comporter un témoin de batterie ⑤ qui indique la capacité restante de la batterie.

CBJ Care

Type de témoin de batterie	État de la batterie	Description
	Charge complète	La batterie n'a pas besoin d'être rechargée (charge comprise entre 100 et 50 %). La LED du haut est VERTE.
	Charge partielle	La batterie a besoin d'être rechargée (charge comprise entre 50 et 25 %). La LED du milieu est JAUNE.
	Charge insuffisante	La batterie a besoin d'être rechargée (charge inférieure à 25 %). Un signal sonore est émis lorsque vous appuyez sur un bouton. La LED du bas est JAUNE.
	Charge insuffisante (LED clignotante)	La batterie a besoin d'être rechargée. Certaines des fonctionnalités du lève-personne ne sont plus accessibles et seul l'abaissement de la flèche est possible.

CBJ1 et CBJ2 avec LCD

Type de témoin de batterie	État de la batterie	Description
	Charge complète (100 %)	La batterie n'a pas besoin d'être rechargée (100 %).
	Charge partielle (75 %)	La batterie n'a pas besoin d'être rechargée (75 %).
	Charge partielle (50 %)	La batterie a besoin d'être rechargée (50 %).
	Charge insuffisante (25 %)	La batterie a besoin d'être rechargée (25 %). Un signal sonore est émis lorsque vous appuyez sur un bouton.
	Charge insuffisante (0 %)	La batterie a besoin d'être rechargée. Certaines des fonctionnalités du lève-personne ne sont plus accessibles et seul l'abaissement de la flèche est possible.

5.9.3 Télécommande en option

Une télécommande en option avec témoin de batterie est disponible pour le modèle CBJ Care.


Type de témoin de batterie	État de la batterie	Description
	Charge complète	La batterie n'a pas besoin d'être rechargée (charge comprise entre 100 et 50 %). La LED de droite est VERTE.
	Charge partielle	La batterie a besoin d'être rechargée (charge comprise entre 50 et 25 %). La LED du milieu est JAUNE.
	Charge insuffisante	La batterie a besoin d'être rechargée (charge inférieure à 25 %). Un signal sonore est émis lorsque vous appuyez sur un bouton. La LED de gauche est JAUNE.
	Charge insuffisante (LED clignotante)	La batterie a besoin d'être rechargée. Certaines des fonctionnalités du lève-personne ne sont plus accessibles et seul l'abaissement de la flèche est possible.

5.9.4 Chargeur de batterie en option

(pour les boîtiers de contrôle avec batterie amovible uniquement)

-  La procédure de démontage ou d'installation de la batterie est identique pour le boîtier de contrôle et le chargeur.

Retrait de la batterie



1. Soulevez la poignée ① à l'arrière de la batterie ②.
2. Soulevez la batterie pour la retirer du boîtier de contrôle ou du chargeur.

Installation de la batterie




ATTENTION !

Une mise en place incorrecte de la batterie est susceptible d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

- Assurez-vous qu'un déclic se fait entendre lors de la mise en place de la batterie dans le boîtier de contrôle ou le chargeur pour vous assurer qu'elle est bien en place.

1. Placez la batterie ② dans le boîtier de contrôle ou le chargeur comme indiqué ; vous devez entendre un clic.



Lorsque la batterie est en place dans le chargeur, la LED de chargement doit s'allumer. Le chargement terminé, la LED de chargement s'éteint. Le rechargement complet d'une batterie exige environ quatre heures.

6 Transfert du patient

6.1 Informations générales de sécurité



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages matériels

Une utilisation inadéquate de ce produit est susceptible d'entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Avant tout transfert sur un emplacement fixe (fauteuil roulant, lit, chaise toilettes ou autre surface), assurez-vous que la capacité du fauteuil roulant est suffisante pour supporter le poids du patient.
- Le cas échéant, les freins de l'emplacement fixe (fauteuil roulant, lit, etc.) doivent être embrayés avant de faire descendre ou de soulever le patient.
- Lorsque le lève-personne est utilisé avec des lits ou des fauteuils roulants, veillez à la position du lève-personne par rapport à celle de ces autres appareils afin de ne pas coincer le lève-personne.
- Avant de positionner les pieds du lève-personne sous un lit, assurez-vous que la zone est exempte d'obstacles.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages matériels

Une utilisation inadéquate de ce produit est susceptible d'entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Utilisez toujours les barres de poussée se trouvant sur le mât pour pousser ou tirer le lève-personne.
- Évitez d'utiliser le lève-personne sur une pente. Invacare recommande d'utiliser le produit sur des surfaces planes exclusivement.
- Pendant le transfert, alors que le patient est suspendu dans la sangle fixée au lève-personne, NE faites PAS rouler le lève-personne sur des surfaces inégales qui risqueraient de le faire basculer.
- Pendant le transfert, alors que le patient est suspendu dans une sangle, maintenez les pieds dans la position d'ouverture maximale pour une stabilité optimale. S'il est nécessaire de passer par un passage étroit, fermez les pieds aussi longtemps que nécessaire et revenez au plus vite à la position d'ouverture maximale.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages matériels

Tout dommage occasionné aux pièces du lève-personne (télécommande, roulettes, etc.) à la suite d'un impact avec le sol, les murs ou autres emplacements fixes est susceptible de détériorer le produit et d'entraîner des blessures.

- ÉVITEZ IMPÉRATIVEMENT tout choc entre les pièces du lève-personne et le sol, les murs et autres objets fixes.
- Rangez TOUJOURS la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessure

Il existe un risque de blessure pour le patient et/ou la tierce-personne :

- Prenez toujours garde à la position du bras de levage et du patient.
- Prenez toujours garde à la position de la palette repose-pieds, et plus particulièrement à la position du patient sur la palette.
- Avant de positionner les pieds du lève-personne autour du patient, assurez-vous que les pieds du patient sont à l'abri de la palette repose-pieds.
- Vérifiez toujours que la palette repose-pieds et/ou les pieds du patient sont secs avant d'effectuer un transfert.



AVERTISSEMENT !

Risque de coincement et de strangulation

Le cordon de la télécommande peut occasionner des blessures s'il n'est pas positionné et rangé correctement.

- Contrôlez TOUJOURS l'emplacement du cordon de la télécommande par rapport au patient et aux soignants.
- VEILLENZ à ce que le cordon de la télécommande ne s'enroule pas autour du patient et des soignants.
- La télécommande doit être rangée correctement. Rangez TOUJOURS la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée.



AVERTISSEMENT !

Risque de coincement et de strangulation

Les objets qui se trouvent à proximité du patient sont susceptibles d'entraîner un coincement ou une strangulation lors des procédures de levage. Pour éviter tout risque de coincement ou de strangulation :

- Avant le levage, assurez-vous que le patient est complètement dégagé des objets qui l'entourent.



AVERTISSEMENT !

Risque de coincement

Il existe un risque de coincement entre les crochets du fléau et la sangle.

- Prenez toutes les précautions nécessaires lors des opérations de levage.
- Ne placez JAMAIS vos mains ou vos doigts sur ou à côté des crochets lors des opérations de levage.
- Veillez à ce que les mains et les doigts du patient soient éloignés des crochets lors des opérations de levage.

**AVERTISSEMENT !****Risque de blessure**

Il existe un risque de blessure pour le patient et/ou la tierce-personne :

- Si le bras de levage et/ou le repose-jambes ne sont pas correctement réglés à la hauteur du patient.
- Si le réglage du bras de levage n'est pas verrouillé, si le bras est endommagé ou si certaines pièces sont usées.

**AVIS !**

Toutes les procédures de transfert décrites ci-après peuvent être effectuées par une (1) tierce-personne. Toutefois, dans la mesure du possible, Invacare recommande que ces procédures soient effectuées par deux tierces-personnes.



Le patient ne doit être soulevé qu'à la hauteur strictement nécessaire. Avec un centre de gravité plus bas, la stabilité est meilleure, le patient se sent plus en sécurité et le déplacement du lève-personne est facilité.

6.2 Installation de la sangle sur le lève-personne

**AVERTISSEMENT !****Risque de blessure**

L'utilisation de sangles non adaptées ou endommagées peut provoquer la chute du patient ou occasionner des blessures aux tierces-personnes.

- Utilisez une sangle approuvée par Invacare et recommandée par le médecin, l'infirmier ou l'assistant médical afin d'assurer la sécurité et le confort du patient durant la levée.
- Les sangles et accessoires pour lève-personne Invacare sont spécialement conçus pour être utilisés en combinaison avec les lève-personne Invacare.
- Après chaque lavage (conformément aux instructions figurant sur la sangle), assurez-vous que les sangles ne sont pas usées, déchirées ou décousues.
- Toute sangle javellisée, déchirée, coupée, effilochée ou endommagée est dangereuse et risque d'occasionner des blessures. Jetez-la immédiatement.
- NE modifiez PAS les sangles.

**AVERTISSEMENT !****Risque de blessure**

Des sangles mal installées ou mal réglées peuvent provoquer la chute du patient ou occasionner des blessures aux tierces-personnes.


- Vérifiez les attaches de la sangle chaque fois qu'une sangle est retirée et remplacée, afin de vous assurer qu'elle est bien fixée avant de déplacer le patient à partir d'un emplacement fixe (lit, chaise ou chaise toilette).
- N'UTILISEZ AUCUN type de serviette d'incontinence plastifiée ni coussin d'assise entre le patient et les sangles afin d'éviter que le patient ne glisse de la sangle pendant le transfert.
- Positionnez le patient dans la sangle conformément aux instructions fournies avec cette dernière.
- Les réglages de sécurité et de confort du patient doivent être effectués avant le déplacement de ce dernier.

Les boucles de la sangle peuvent porter un code couleur fournissant des longueurs différentes et permettant de placer le patient dans différentes positions. Faites correspondre les couleurs de chaque côté de la sangle pour un soulèvement uniforme du patient.

Sangle Invacare® Stand Assist

**AVERTISSEMENT !****Risque de blessure**

- Avec une sangle Stand Assist, le patient doit être en mesure de supporter une partie importante de son propre poids.
- Assurez-vous que le bord inférieur de la sangle Stand Assist est positionné dans le bas du dos du patient et que les bras de celui-ci sont à l'extérieur de la sangle.
- La ceinture doit être bien ajustée pour empêcher le patient de glisser de la sangle.



1. Positionnez les boucles A de la sangle B au-dessus des crochets C du bras de levage.


Sangle Invacare® Transfer Stand Assist



AVERTISSEMENT !



Risque de blessure

- Assurez-vous que le bord inférieur de la sangle Transfer Stand Assist est positionné à la base de la colonne vertébrale du patient et que les bras de celui-ci sont à l'extérieur de la sangle.
- Ne placez jamais complètement le patient en position debout lors de l'utilisation de la sangle Transfer Stand Assist



1. Positionnez les boucles supérieures A de la sangle B au-dessus des crochets C du bras de levage.
2. Positionnez les boucles inférieures A de la sangle B au-dessus des crochets E de la flèche.

6.3 Transfert d'un patient



Élévation à partir d'une assise

1. Avant de continuer, consultez les informations et tenez compte de toutes les mises en garde indiquées dans les sections 2 *Sécurité*, à la page 5 et 6 *Transfert du patient*, à la page 20.
2. Le cas échéant, assurez-vous que les freins de l'emplacement fixe (lit, fauteuil roulant etc.) sont embrayés.
3. Positionnez la sangle autour du patient. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre sangle.
4. Réglez le bras de levage à la hauteur du patient, si nécessaire. Reportez-vous à la section 5 *Utilisation*, à la page 14.
5. Déverrouillez les roulettes arrière du lève-personne. Reportez-vous à la section 5 *Utilisation*, à la page 14.
6. Ouvrez les pieds du lève-personne au maximum. Reportez-vous à la section 5 *Utilisation*, à la page 14.
7. Utilisez la barre de poussée pour positionner le lève-personne.
 - Pour transférer un patient à partir d'un lit, les pieds du lève-personne sont placés sous le lit
 - Pour transférer un patient à partir d'un fauteuil roulant, d'une chaise toilettes, d'un fauteuil, etc., les pieds du lève-personne sont placés de chaque côté de l'emplacement fixe.
8. Demandez au patient de placer ses pieds sur la palette repose-pieds et la partie inférieure de ses jambes contre le repose-jambes. Aidez-le, si nécessaire et vérifiez le bon positionnement des pieds sur la palette repose-pieds
9. Vérifiez que le bord supérieur du coussin du repose-jambes est placé environ 2 doigts au-dessous des rotules (patella) du patient. Si nécessaire, réglez la hauteur du repose-jambes. Reportez-vous à la section 5 *Utilisation*, à la page 14.
10. Le cas échéant, réglez et enroulez la jambièrre autour de la partie inférieure des jambes du patient. Reportez-vous à la section 5 *Utilisation*, à la page 14.
11. Abaissez le lève-personne pour faciliter la fixation de la sangle. Reportez-vous à la section 5 *Utilisation*, à la page 14.
12. Verrouillez les roulettes arrière du lève-personne. Reportez-vous à la section 5 *Utilisation*, à la page 14.
13. Fixez la sangle. Reportez-vous à la section 6.2 *Installation de la sangle sur le lève-personne*, à la page 21.
14. Déverrouillez les roulettes arrière du lève-personne. Reportez-vous à la section 5 *Utilisation*, à la page 14.

15. Demandez au patient de se tenir aux poignées placées de part et d'autre du bras de levage.
16. Demandez au patient de s'adosser dans la sangle.
17. Appuyez sur le bouton flèche HAUT de la télécommande pour élever le patient au-dessus de l'emplacement fixe. Reportez-vous à la section 5 *Utilisation*, à la page 14.
18. Avant de déplacer le patient, assurez-vous à nouveau que la sangle est correctement reliée aux crochets du bras de levage. Si l'une des attaches n'est pas correctement installée, redescendez le patient sur l'emplacement fixe et corrigez le problème.
19. Éloignez le lève-personne de l'emplacement fixe à l'aide de la barre de poussée.

Abaissement vers une assise

1. Avant de continuer, consultez les informations et tenez compte de toutes les mises en garde indiquées dans les sections 2 *Sécurité*, à la page 5 et 6 *Transfert du patient*, à la page 20.
2. Assurez-vous que le patient est suffisamment élevé pour dégager la surface sur laquelle le transfert doit être effectué. Élevez le patient et/ou abaissez l'emplacement fixe, le cas échéant.
3. Le cas échéant, assurez-vous que les freins de l'emplacement fixe (lit, fauteuil roulant etc.) sont embrayés.
4. Positionnez le patient aussi haut que possible au-dessus de l'emplacement fixe.
 - Pour transférer un patient vers un lit, les pieds du lève-personne sont placés sous le lit
 - Pour transférer un patient vers un fauteuil roulant, une chaise toilettes, un fauteuil, etc., les pieds du lève-personne sont placés de chaque côté de l'emplacement fixe.
5. Appuyez sur le bouton flèche BAS et abaissez le patient sur l'assise. Reportez-vous à la section 5 *Utilisation*, à la page 14.
6. Verrouillez les roulettes arrière du lève-personne. Reportez-vous à la section 5 *Utilisation*, à la page 14.
7. Décrochez la sangle de tous ses points d'attache au lève-personne verticalisateur.
8. Le cas échéant, retirez la jambière de la partie inférieure des jambes du patient. Reportez-vous à la section 5 *Utilisation*, à la page 14.
9. Demandez au patient de retirer ses pieds de la palette repose-pieds. Aidez-le, si nécessaire.
10. Déverrouillez les roulettes arrière du lève-personne. Reportez-vous à la section 5 *Utilisation*, à la page 14.
11. Éloignez le lève-personne de l'emplacement fixe.
12. Dégagez le patient de la sangle.



Le patient peut rester dans la sangle Invacare® Stand Assist lors de l'utilisation de la chaise toilettes. Dans ce cas, la sangle ne doit pas être replacée autour du patient avant qu'il ne soit élevé de la chaise toilettes.

7 Transport et stockage

7.1 Généralités

Pendant le transport, ou si le lève-personne ne doit pas être utilisé sur une période prolongée, enfoncez le bouton d'arrêt d'urgence.

Une fois démonté, le lève-personne peut être transporté ou stocké dans son carton d'emballage.

Le lève-personne doit être stocké à température ambiante. En cas de stockage dans un environnement humide ou froid, le moteur et les autres pièces de montage risquent d'être endommagés par la corrosion. Reportez-vous à la section *11.4 Conditions ambiantes*, à la page 32.

7.2 Démontage du lève-personne

1. Retirez le levier du système d'écartement des pieds, le cas échéant.
2. Abaissez la flèche et fermez complètement les pieds.
3. Activez le bouton d'arrêt d'urgence et actionnez les freins des roulettes.
4. Réglez le bras de levage à la longueur minimale. Reportez-vous à la section *5.5 Réglage du bras de levage à la taille du patient*, à la page 15.
5. Appliquez la procédure suivante en commençant par la fin : *4.6 Installation du repose-jambes*, à la page 12
6. Appliquez la procédure décrite dans le chapitre 4.3 *Installation du mât sur la base*, à la page 11 en commençant par la fin.
7. Appliquez la procédure décrite dans le chapitre 4.4 *Installation de la palette repose-pieds*, à la page 12 en commençant par la fin.

8 Maintenance

8.1 Informations de maintenance générales



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages

- Vous ne devez effectuer aucune procédure de maintenance ou d'entretien tant que le produit est en cours d'utilisation.

Suivez les procédures de maintenance décrites dans le présent manuel pour préserver le bon fonctionnement du produit.

D'autres procédures de maintenance et d'inspection, qui doivent être effectuées par un technicien qualifié, sont décrites dans le manuel de maintenance du produit. Les manuels de maintenance peuvent être obtenus auprès d'Invacare.

8.2 Vérifications quotidiennes



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages

Des éléments endommagés ou usés peuvent affecter la sécurité du lève-personne.

- Le lève-personne doit être vérifié à chaque utilisation.
- N'utilisez pas le lève-personne si vous constatez qu'une partie est endommagée ou si vous doutez de la sécurité d'une pièce. Contactez votre fournisseur Invacare immédiatement et veillez à ce que le lève-personne ne soit pas utilisé jusqu'à sa réparation.

8.2.1 Liste des vérifications quotidiennes

- ☐ Procédez à un examen visuel du lève-personne. Assurez-vous que les pièces ne sont pas abîmées ni usées.
- ☐ Vérifiez toutes les pièces, les points de fixation et les éléments qui sont soumis à des contraintes, tels que les sangles, les crochets et les points de pivotement afin de contrôler qu'ils ne présentent pas de signes de craquelure, d'effilochement, de déformation ou de détérioration.
- ☐ Vérifiez que la télécommande fonctionne (levage et mouvement des pièces).
- ☐ Chargez la batterie chaque fois que le lève-personne est utilisé.
- ☐ Vérifiez la fonction d'arrêt d'urgence.
- ☐ Vérifiez le témoin lumineux de révision (boîtier de contrôle CBJ Care uniquement).



Le témoin lumineux de révision est signalé par le symbole d'une clé plate figurant sur le boîtier de contrôle et, le cas échéant, sur la télécommande.

- Si le témoin lumineux de révision s'allume en jaune et clignote, cela signifie que le lève-personne a besoin d'une révision. N'utilisez pas le lève-personne et contactez votre fournisseur Invacare pour une révision.
- Si le témoin lumineux de révision ne clignote pas, le lève-personne est prêt à l'emploi.

8.3 Nettoyage et désinfection

8.3.1 Informations générales de sécurité



ATTENTION !

Risque de contamination

- Prenez toutes les précautions nécessaires pour vous protéger et portez un équipement de protection adéquat.



ATTENTION !

Risque de décharge électrique et de détérioration du produit

- Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur, le cas échéant.
- Lors du nettoyage de composants électroniques, tenez compte de leur classe de protection concernant la pénétration d'eau.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'éclaboussures d'eau sur la fiche ou la prise murale.
- Ne touchez pas la prise électrique avec les mains mouillées.



AVIS !

L'utilisation de méthodes ou de liquides inappropriés peuvent entraîner des blessures ou endommager le produit.

- Tous les désinfectants et agents de nettoyage utilisés doivent être efficaces, compatibles entre eux et protéger les surfaces qu'ils servent à nettoyer.
- N'utilisez jamais d'agents de nettoyage corrosifs (alcalins, acides, etc.) ou abrasifs. Nous recommandons d'utiliser un agent de nettoyage ménager ordinaire, comme du liquide vaisselle, sauf indication contraire dans les instructions de nettoyage.
- N'utilisez jamais de solvant (diluants cellulosique, acétone, etc.) qui modifie la structure du plastique ou dissout les étiquettes apposées.
- Procédez à un séchage complet du produit avant toute nouvelle utilisation.



Pour le nettoyage et la désinfection en environnement clinique ou de soins à long terme, suivez les procédures internes.

8.3.2 Fréquence de nettoyage



AVIS !

Une désinfection et un nettoyage réguliers garantissent un bon fonctionnement, augmentent la durée de vie et permettent d'éviter toute contamination.

Nettoyez et désinfectez le produit :

- régulièrement lors de l'utilisation ;
- avant et après toute procédure d'entretien ;
- lorsqu'il a été en contact avec des fluides corporels, quels qu'ils soient ;
- avant de l'utiliser pour un nouvel utilisateur.

8.3.3 Consignes de nettoyage



AVIS !

- Le produit ne doit pas être nettoyé dans des installations de lavage automatique, équipées de systèmes de nettoyage à haute pression ou à la vapeur.

Nettoyage du lève-personne

Procédé : Essuyez à l'aide d'un chiffon humide ou d'une brosse souple.

Température max. : 40 C

Solvant/Produit chimique : agent de nettoyage ordinaire à usage ménager et eau.

Séchage : essuyez avec un chiffon doux.

Nettoyage de la sangle

Reportez-vous aux instructions de lavage figurant sur la sangle et dans le manuel qui l'accompagne pour plus de précisions sur le nettoyage.

8.3.4 Instructions de désinfection

Pour les soins à domicile

- Désinfectant : nous vous recommandons d'utiliser un désinfectant de surface à base d'alcool (avec 70-90 % d'alcool).



Lisez les instructions sur l'étiquette de votre désinfectant. Elle fournit des informations sur le spectre d'activité (bactéries, champignons et/ou virus), la compatibilité des matériaux et la bonne durée d'exposition.

1. Assurez-vous que les surfaces sont nettoyées avant la désinfection.
2. Humidifiez un chiffon doux, essuyez toutes les surfaces accessibles pour les désinfecter et gardez-les humidifiées pendant la durée d'exposition indiquée sur l'étiquette du désinfectant.
3. Laissez sécher le produit à l'air.

Pour les soins en établissement

Suivez vos procédures de désinfection internes et utilisez uniquement les désinfectants et méthodes préconisés.

8.4 Intervalle entre les révisions



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures ou de dommages

Les révisions doivent uniquement être effectuées par un technicien qualifié.

- Contactez votre fournisseur Invacare pour effectuer un entretien.

L'entretien doit être effectué au moins tous les 12 mois, sauf obligations locales différentes.

9 Après utilisation

9.1 Mise au rebut



AVERTISSEMENT !

Risque pour l'environnement

L'appareil contient des batteries.

Ce produit peut contenir des substances nuisibles à l'environnement s'il est jeté dans un endroit (décharge) non conforme à la législation en vigueur.

- NE JETEZ PAS les batteries avec les déchets ménagers.
- NE jetez PAS les batteries au feu.
- Les batteries DOIVENT être déposées dans un site prévu à cet effet. Leur élimination est exigée par la loi et gratuite.
- Seules des batteries déchargées peuvent être mises au rebut.
- Couvrez les bornes des batteries au lithium avant leur mise au rebut.
- Pour plus d'informations sur le type de batterie, reportez-vous à l'étiquette de la batterie ou au chapitre 11 *Caractéristiques techniques*, à la page 30.

Préservez l'environnement en faisant recycler ce produit en fin de vie dans un centre de recyclage.

Désassemblez le produit et ses composants afin que les différents matériaux puissent être séparés et recyclés individuellement.

La mise au rebut et le recyclage des produits usagés et de l'emballage doivent respecter la législation et les règlements relatifs à la gestion des déchets de chaque pays. Contactez votre organisme local de traitement des déchets pour plus d'informations.

9.2 Reconditionnement

Ce produit peut être réutilisé. Pour reconditionner le produit en vue de son utilisation par un nouvel utilisateur, il convient d'effectuer les opérations suivantes :

- Nettoyage et désinfection
- Inspection conformément au programme de maintenance

Pour plus d'informations sur l'examen, le nettoyage et la désinfection, consultez le manuel d'utilisation et le manuel de maintenance du produit.

Assurez-vous de remettre le manuel d'utilisation avec le produit. Si un dommage ou un dysfonctionnement est détecté, le produit ne doit pas être réutilisé.

10 Dépannage

10.1 Identification des pannes et solutions possibles

Symptômes	Dysfonctionnements	Solution
Le lève-personne semble instable.	Les joints du mât ou de la base sont desserrés.	Resserrez la connexion du mât/de la base. Reportez-vous à la section 4.3 <i>Installation du mât sur la base</i> , à la page 11.
	Le mécanisme du système manuel d'écartement des pieds est desserré	Contactez votre fournisseur Invacare.
Roulettes/freins bruyants ou difficiles à manœuvrer.	Résidus ou débris dans les engrenages.	Nettoyez les roulettes pour retirer les résidus ou débris.
	Les roulettes/freins sont endommagés	Contactez votre fournisseur Invacare
Pivots bruyants ou grinçants.	Les pivots sont usés ou endommagés	Contactez votre fournisseur Invacare.
Le vérin électrique ne parvient pas à élever ou à abaisser la flèche ou les pieds ne s'ouvrent pas ou ne se ferment pas lorsque le bouton est enfoncé	Le connecteur de la télécommande ou du vérin est desserré.	Branchez le connecteur de la télécommande ou du vérin. Assurez-vous que les connecteurs sont correctement installés et branchés.
	Batterie déchargée.	Rechargez la batterie. Reportez-vous à la section 5.9 <i>Recharge de la batterie</i> , à la page 17.
	Le bouton d'arrêt d'urgence est enfoncé.	Tournez le bouton d'arrêt d'urgence dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il ressorte.
	La batterie n'est pas correctement raccordée au boîtier de contrôle.	Rebranchez la batterie au boîtier de contrôle. Reportez-vous à la section 5.9.4 <i>Chargeur de batterie en option</i> , à la page 19.
	Les connexions de raccordement sont endommagées.	Contactez votre fournisseur Invacare.
	Cordon d'alimentation branché sur une prise électrique.	Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
	La flèche ou le vérin de pied est endommagé	Contactez votre fournisseur Invacare.
	Température la charge est dépassée	Réduisez la charge (le lève-personne devrait refonctionner normalement).
Le vérin émet un bruit inhabituel.	Le vérin est endommagé	Contactez votre fournisseur Invacare.
La flèche ne s'abaisse pas lors de l'activation du déverrouillage manuel d'urgence	La flèche exige une charge minimale pour s'abaisser à partir de la position haute maximale.	Appuyez légèrement sur la flèche.
Le boîtier de contrôle émet un bip sonore en cours de levage et le moteur s'arrête.	Température la charge est dépassée	Réduisez la charge (le lève-personne devrait refonctionner normalement).
La batterie ne se charge pas	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché dans le boîtier de contrôle et/ou la prise d'alimentation	Assurez-vous que les connecteurs sont correctement installés et branchés. Reportez-vous à la section 5.9 <i>Recharge de la batterie</i> , à la page 17.
	Le cordon d'alimentation est endommagé	Contactez votre fournisseur Invacare.

Symptômes	Dysfonctionnements	Solution
Le réglage du bras de levage est impossible	Le levier rouge de la flèche n'est pas enfoncé et maintenu vers le haut	Reportez-vous à la section 5.5 <i>Réglage du bras de levage à la taille du patient</i> , à la page 15.
	Le bras de levage est déjà à la position maximale ou minimale	Reportez-vous à la section 5.5 <i>Réglage du bras de levage à la taille du patient</i> , à la page 15.
	Le mécanisme de réglage est endommagé	Contactez votre fournisseur Invacare
	La flèche est en position incorrecte	Déplacez la flèche jusqu'à la position horizontale. Reportez-vous à la section 5.3 <i>Élévation et descente du lève-personne électrique</i> , à la page 14.
Il est impossible d'installer ou de régler le repose-jambes	La poignée de déverrouillage n'est pas enfoncée et maintenue vers le haut	Reportez-vous à la section 4.6 <i>Installation du repose-jambes</i> , à la page 12.
	Le mécanisme de réglage est endommagé	Contactez votre fournisseur Invacare
	La jambièrre obstrue la partie arrière du repose-jambes	Dégagez la partie arrière du repose-jambes
Le mât ne peut pas être fixé sur la base	La flèche est orientée dans le mauvais sens	Placez la flèche en position correcte. Reportez-vous à la section 4.3 <i>Installation du mât sur la base</i> , à la page 11.
Le lève-personne ne roule pas	Les roulettes sont bloquées	Déverrouillez les roulettes. Reportez-vous à la section 5.2 <i>Verrouillage/déverrouillage des roulettes arrière</i> , à la page 14.


 Si les problèmes persistent après application des solutions suggérées, veuillez contacter votre fournisseur Invacare.

11 Caractéristiques techniques

11.1 Charge maximale d'utilisation

	ISA™ COMPACT	ISA™ STANDARD	ISA™ PLUS	ISA™ XPLUS
Charge maximum d'utilisation (patient + sangle)	140 KG	160 kg	180 kg	200 kg

11.2 Dimensions et poids



* Vers l'avant

Dimensions [mm]	ISA™ COMPACT	ISA™ STANDARD	ISA™ PLUS	ISA™ XPLUS
Diamètre des roulettes avant/arrière	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 125
Portée max. à 600 mm (a)*	130 - 250	130 - 250	130 - 250	130 - 250
Portée max. à partir de la base (b)*	360 - 480	360 - 480	360 - 480	360 - 480
Longueur de la base (c)	925	1080	1220	1280
Longueur totale sans levier (n)	925	1090	1230	1280
Longueur totale avec levier (l)*	980 - 1000	1145	1290	N/A
Portée à partir de la base avec pieds écartés à 700 mm (d)	420	225	225	225
Hauteur max. (f)*	1675 - 1785	1675 - 1785	1675 - 1785	1675 - 1785
Plage de levage (g)*	530 - 660	530 - 660	530 - 660	530 - 660
Hauteur min. au point d'ancrage de la sangle (hmin)*	965 - 980	965 - 980	965 - 980	965 - 980
Hauteur max. au point d'ancrage de la sangle (hmax)*	1495 - 1640	1495 - 1640	1495 - 1640	1495 - 1640
Largeur totale (pieds ouverts), mesure externe (i)	885	1110	1170	1170
Largeur totale (pieds ouverts), mesure interne (j)	735	960	1020	1020
Largeur totale (pieds fermés), mesure externe (r)	535	635	640	640
Largeur interne min. (s)	380	495	495	495

Dimensions [mm]	ISA™ COMPACT	ISA™ STANDARD	ISA™ PLUS	ISA™ XPLUS
Largeur interne à la portée maximale (k)*	640 - 725	775 - 870	775 - 870	775 - 870
Diamètre de virage	1060	1260	1400	1430
Hauteur jusqu'à la partie supérieure des pieds (m)	115	115	115	115
Hauteur libre min. (p)	35	35	35	35

* Plage en fonction de la position complètement rétractée à complètement sortie du bras de levage

Poids – Pièces principales [kg]	ISA™ COMPACT	ISA™ STANDARD	ISA™ PLUS	ISA™ XPLUS
Poids total*	43 - 45	48 - 50	49 - 51	52
Poids, mât avec CBJ Home	19			n/a
Poids, mât avec CBJ1/2/Care avec batterie au plomb-acide	20			
Poids de la section jambes manuelle	15	20	21	n/a
Levier du système manuel d'écartement des pieds	1			n/a
Poids de la section jambes électrique	n/a	20	21	23
Repose-jambes	5			
Palette repose-pieds (haute, basse et inclinée)	4			

*Plage en fonction de la configuration

11.3 Système électrique

	ISA™ COMPACT	ISA™ STANDARD	ISA™ PLUS	ISA™ XPLUS
Tension de sortie	24 V CC			
Tension d'alimentation	100 - 240 V CA, 50/60 Hz			
Courant d'entrée maximum	280 mA (pour CBJ Home) / 400 mA (pour CBJ2)	280 mA (pour CBJ Home) / 400 mA (pour CBJ1 et CBJ2)	280 mA (pour CBJ Home) / 400 mA (pour CBJ1, CBJ2 et CBJ Care)	400 mA (pour CBJ1 et CBJ care)
Classe de protection (appareil complet)	IPX4 - Le système est protégé contre les éclaboussures d'eau, quelle que soit la direction.			
Classe d'isolation	Équipement de classe II			

	ISA™ COMPACT	ISA™ STANDARD	ISA™ PLUS	ISA™ XPLUS
Pièce appliquée de type B	Pièce appliquée conforme aux exigences spécifiées pour la protection contre les décharges électriques selon la norme IEC 60601-1.			
Niveau sonore	de 45 à 50 dB (A).			
Capacité de travail	82 élévations complètes (avec une batterie chargée à 100 % - 50 %)			
Intermittent (fonctionnement périodique des moteurs)	10 %, maxi. 2 min/18 min			
Caractéristiques de la batterie	2 x 12 V/2,9 Ah			
Type de batterie	Plomb-acide (sans maintenance, scellée)			
Abaissement manuel d'urgence	Oui (au bas du vérin)			
Abaissement/élévation électrique d'urgence	Oui/Non (pour CBJ2 et CBJ Home)	Oui/Oui (pour CBJ1) Oui/Non (pour CBJ2 et CBJ Home)	Oui / Oui (pour CBJ1 et CBJ Care) Oui / Non (pour CBJ2 et CBJ Home)	Oui/Oui (pour CBJ1 et CBJ care)
Consommation électrique	pendant la charge : max. 19 W en veille : max. 2,5 W			
Vitesse de levage - sans charge*	38 à 51 mm/s			
Vitesse de levage - avec une personne de 80 kg	36 – 46 mm/s			

* Plage en fonction de la position complètement rétractée à complètement sortie du bras de levage

11.4 Conditions ambiantes

	Stockage et transport	Fonctionnement
Température	de -10 °C à +50 °C	de +5 °C à +40 °C
Humidité relative	20 % à 80 %, sans condensation	
Pression atmosphérique	700 hPa à 1060 hPa	



Laissez le produit atteindre la température d'utilisation avant de l'utiliser :

- Le réchauffement à partir de la température de stockage minimale peut demander plus de 30 minutes.
- Le refroidissement à partir de la température de stockage maximale peut demander plus de 5 minutes.

11.5 Matériaux

Composant	Matériau
Base, pieds, mât et flèche	Acier (revêtu de poudre)
Connecteur de la flèche, boulons et écrous	Acier, plaqué zinc
Embouts des poignées	TPE
Crochets de sangle	TPU
Coussin du repose-jambes	PU effet peau
Toile de la palette repose-pieds	PVC, PU

Composant	Matériau
Boîtier du vérin, télécommande, protection du mât, roulettes et autres pièces en plastique	Matériau correspondant au marquage (PA, PP, PE)
Jambière	PA, PES, PVC, PU

Tous les composants du produit sont résistants à la corrosion ou protégés contre la corrosion.

11.6 Forces de fonctionnement des commandes

Panneau	Force de fonctionnement
Boutons du boîtier de contrôle	4 N
Boutons de la télécommande	4 N
Pédale du modèle ISA™ COMPACT avec roulettes de 100 mm*	270 N
Levier du système d'écartement des pieds du modèle ISA™ COMPACT	64 N
Levier du système d'écartement des pieds du modèle ISA™ STANDARD	70 N
Levier du système d'écartement des pieds du modèle ISA™ PLUS	85 N

* Pour tous les autres modèles et tailles de roulette, un levier est obligatoire pour le système manuel d'écartement des pieds.

12 Compatibilité électromagnétique

12.1 Informations relatives aux interférences électromagnétiques

L'équipement médical électrique doit être installé et utilisé conformément aux renseignements relatifs à la CEM fournis dans le présent manuel.

Ce produit a été testé et est certifié conforme aux limites CEM spécifiées dans la norme IEC/EN 60601-1-2 pour les équipements de classe B.

Les appareils de communication RF portables et mobiles peuvent interférer avec le fonctionnement de ce produit.

D'autres appareils peuvent recevoir des interférences même des plus bas niveaux des émissions électromagnétiques autorisées par la norme ci-dessus. Pour déterminer si l'émission de ce produit est à l'origine d'une interférence, mettez ce produit sous puis hors tension. Si l'interférence avec le fonctionnement des autres appareils disparaît, cela signifie que ce produit provoque l'interférence. Dans ces cas rares, l'interférence peut être réduite ou corrigée de l'une des façons suivantes :

- Repositionnez ou déplacez le compresseur ou éloignez-le des autres appareils.

12.2 Émissions électromagnétiques

Directives et déclaration du fabricant

Ce produit est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. L'utilisateur ou l'acheteur de ce produit doivent s'assurer que le lit est bien utilisé dans un tel environnement.

Test relatif aux émissions	Conformité	Directives relatives à l'environnement électromagnétique
Émissions RF CISPR 11	Groupe I	Ce produit utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Il émet donc des ondes RF très faibles et il est peu probable qu'elles interfèrent avec l'équipement électronique à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	Ce produit peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les habitations et les établissements directement connectés au réseau d'alimentation public basse tension qui alimente les bâtiments destinés à accueillir des habitations.
Émissions de courant harmonique IEC 61000-3-2	Classe A	
Fluctuations de tension/émissions de scintillement IEC 61000-3-3	Conforme	

12.3 Immunité électromagnétique

Directives et déclaration du fabricant

Ce produit est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. L'utilisateur ou l'acheteur de ce produit doivent s'assurer que le lit est bien utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité	Test/Niveau de conformité	Directives relatives à l'environnement électromagnétique
Décharges électrostatiques IEC 61000-4-2	± 8 kV par contact ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 15 kV dans l'air	Le revêtement de sol doit être du bois, du béton ou des carreaux de céramique. Si le sol est recouvert d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoires électriques rapides en salves IEC 61000-4-4	± 2 kV pour les lignes d'alimentation électriques ; 100 kHz en fréquence de répétition ± 1 kV pour les lignes d'entrée et de sortie ; 100 kHz en fréquence de répétition	La qualité du réseau électrique doit être la même que celle du réseau électrique d'un hôpital ou d'un établissement commercial.

Test d'immunité	Test/Niveau de conformité	Directives relatives à l'environnement électromagnétique
Ondes de choc IEC 61000-4-5	± 1 kV de ligne à ligne ± 2 kV de la ligne à la terre	La qualité du réseau électrique doit être la même que celle du réseau électrique d'un hôpital ou d'un établissement commercial.
Creux de tension, coupures brèves et variations de tension sur les lignes d'alimentation électrique IEC 61000-4-11	< 0 % U_T pour 0,5 cycle par incréments de 45° 0 % U_T pour 1 cycle 70 % U_T pour 25/30 cycles < 5 % U_T pour 250/300 cycles	La qualité du réseau électrique doit être la même que celle du réseau électrique d'un hôpital ou d'un établissement commercial. S'il est nécessaire que ce produit continue à fonctionner pendant une coupure de courant, il est recommandé de le brancher sur un système d'alimentation sans coupure ou sur une batterie. U_T représente la tension d'alimentation secteur avant l'application du niveau de test.
Champ magnétique à la fréquence du réseau (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	Les champs magnétiques de fréquence industrielle doivent avoir les mêmes caractéristiques que ceux présents dans un hôpital ou un établissement commercial.
Émissions RF transmises par conduction IEC 61000-4-6	3 V 150 kHz à 80 Mhz	Il n'est pas possible de prévoir avec précision l'intensité de champ des émetteurs fixes des stations de base des téléphones sans fil/cellulaires ou radios mobiles terrestres, des radios amateurs, et des télédiffusions ou radiodiffusions AM et FM. Afin d'évaluer l'environnement électromagnétique résultant des appareils émetteurs RF fixes, il est nécessaire d'effectuer une étude sur site. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où le produit est utilisé est supérieure au niveau de conformité applicable aux émissions RF ci-dessus, il sera nécessaire d'observer si ce produit fonctionne normalement. En cas de fonctionnement anormal, il conviendra de prendre d'autres mesures, par exemple déplacer ou réorienter ce produit.
	6 V en bandes ISM et radioamateur	
Émissions RF transmises par radiation IEC 61000-4-3	10 V/m 80 Mhz à 2,7 GHz	Des interférences peuvent se produire à proximité des appareils comportant le symbole suivant : 
	385 MHz - 5 785 MHz spécifications des tests d'immunité aux équipements de communication RF sans fil, reportez-vous au tableau 9 de la norme IEC 60601-1-2	Les équipements de communication RF portables et mobiles doivent être utilisés à une distance minimale de 30 cm de toute partie de ce produit, y compris les câbles.



Ces consignes peuvent ne pas s'appliquer dans certaines situations. La propagation électromagnétique varie selon les propriétés d'absorption et de réflexion des structures, des objets et des personnes.

12.4 Spécifications des tests CEM

IEC 60601-1-2 — Tableau 9

Fréquence d'essai (MHz)	Bande a) (MHz)	Service a)	Modulation	Niveau de test d'immunité (V/m)
385	380 – 390	TETRA 400	Modulation d'impulsion ^{b)} 18 Hz	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM ^{c)} écart de ± 5 kHz 1 kHz sinusoïdal	28
710 745 788	704 – 787	Bande LTE 13, 17	Modulation d'impulsion ^{b)} 217 Hz	9
810 870 930	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, bande LTE 5	Modulation d'impulsion ^{b)} 18 Hz	28

Fréquence d'essai (MHz)	Bande a) (MHz)	Service a)	Modulation	Niveau de test d'immunité (V/m)
1720 1845 1970	1700 – 1990	GSM 1800 ; CDMA 1900 ; GSM 1900 ; DECT ; bande LTE 1, 3, 4, 25 ; UMTS	Modulation d'impulsion b) 217 Hz	28
2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11, b/g/n, RFID, 2450, bande LTE 7	Modulation d'impulsion b) 217 Hz	28
5240 5500 5785	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulation d'impulsion b) 217 Hz	9

 Si nécessaire pour atteindre le niveau d'essai d'immunité, la distance entre l'antenne de transmission et l'équipement ou le système électrique médical peut être réduite à 1 m. La distance de test de 1 m est autorisée par la norme CEI 61000-4-3.

a) Pour certains services, seules les fréquences ascendantes sont incluses.

b) Le porteur doit être modulé à l'aide d'un signal d'onde carré avec cycle de service de 50 %.

c) Si la modulation FM n'est pas utilisée, il est possible d'utiliser la modulation d'impulsion de 50 % à 18 Hz car bien qu'elle ne représente pas la modulation réelle, ce serait le pire des cas.

**United Kingdom & Ireland:**

Invacare Limited
Pencoed Technology Park,
Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0) 1656 776 200
uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

Belgium & Luxemburg:

Invacare nv
Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Danmark:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Deutschland:

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)7562 700 0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Österreich:

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
A-5310 Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0
Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Schweiz / Suisse / Svizzera:

Invacare AG
Neuhofweg 51
CH-4147 Aesch BL
Tel: (41) (0)61 487 70 80
Fax: (41) (0)61 488 19 10
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

España:

Invacare S.A.U
Avenida del Oeste, 50 – 1º-1a
Valencia-46001
Tel: (34) 972 493 214
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

France:

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l.,
Via Marco Corner, 19
I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59
servizioclienti@invacare.com
www.invacare.it

Nederland:

Invacare BV
Galvanistraat 14-3
NL-6716 AE Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Norge:

Besøksadresse:
(Office addresses)
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo
Tel: (47) 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Norge:

Vareleveringsadresse:
(Storage / Technical dep)
Østensjøveien 19
0661 Oslo
eknisk@invacare.com
www.invacare.no

Portugal:

Invacare Portugal II, Lda
Rua Estrada Velha, 949
P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (351) (0)225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Suomi:

Camp Mobility
Patamäenkatu 5, 33900 Tampere
Puhelin 09-35076310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

Sverige:

Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Australia:

Invacare Australia Pty. Ltd.
Building 5, Unit F, 161 Manchester Rd
Auburn, Sydney, NSW 2144
Australia
Phone: 1800 460 460
Fax: 1800 814 367
orders@invacare.com.au
www.invacare.com.au

**EU Export:**

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 69 80
serviceclient_export@invacare.com
www.invacare.eu.com

New Zealand:

Invacare New Zealand Ltd
4 Westfield Place, Mt Wellington
1060
New Zealand
Phone: 0800 468 222
Fax: 0800 807 788
sales@invacare.co.nz
www.invacare.co.nz



Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park,
Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK



Invacare Portugal Unipessoal, Lda
Rua Estrada Velha 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

