Industrie Service

CERTIFICATE

1 MANUFACTURER

Invacare Corporation
One Invacare Way
Elyria, Ohio
USA

2 CERTIFICATE NO.

P / 620305 / 001

3 CERTIFICATE HOLDER

Invacare Deutschland GmbH
Kleiststraße 49
32457 Porta Westfalica

4 TESTING LABORATORY

Industrie Service

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
D-80686 München

Phone: 089/5791-11 54
Fax: 089/5791-2 8 88
E-mail: Ralf.Schirmer@tuev-sued.de

5 LABORATORY REPORT

Nr.: 1 111 262-MDS Date: 04.02.2008

6 STANDARDS APPLICABLE

2/2000 MDS-Hi: 2000-05-04

7 DESCRIPTION OF EQUIPMENT

Product group:	Oxygen concentrator for medical use
Type:	IRC5PO2AW
Serial number:	07LF031267

8 OPERATING CONDITION AND RESULT

Flow rate:	Sound pressure level:
3,0 l/min	36 dB(A)
5,0 l/min	37 dB(A)

9 COMMENT

no

10 CERTIFICATE VALID:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Place, Date: Munich, 2008-02-04 Dr. Ralf Schirmer

11 QUALITY ASSURANCE:

Place, Date: Munich, 2008-02-04 Dipl.-Ing.(FH) Frank Celler